

仕様書案への質問・意見事項に対する回答（血管連続撮影装置一式調達及び保守）

独立行政法人国立病院機構東京医療センター

No.（※1）	仕様書項番	技術要件	質問・意見内容	回答
1	1-8-2	X線量を増加させないライブ透視画像の関心領域の5倍以上に任意デジタルズーム、パンニングが行える映像システムを搭載すること。	提案内容と異なる仕様が盛り込まれていました。本項目の削除をお願いします。	検討した結果、参加業者様を増やす観点から、削除いたします。

※1：当院にて記載